



NEO VISION CO., LTD.

CONTACT LENS MANUFACTURERS

TEL: +82-31-627-5522 FAX: +82-31-627-5522

E-MAIL: export@neolens.co.kr Website: http://www.neolens.co.kr/

129-1, Donghwagongdan-ro, Munmak-eup, Wonju-City, Gangwon-do, Korea

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Номер партії: NEOG22148

Розмір партії: 4.600 x 360ml

Номінальний обсяг: 360ml

Дата виробництва: 17 жовтня, 2022 р

Термін придатності: 16 жовтня, 2025 р

Дата аналізу: 3 листопада 2022 р

Місце виробництва: Neo Vision Co., LTD.

Адреса: 129-1, Donghwagongdan-ro, Munmak-eup, Wonju-City, Gangwon-do, Korea

Шифрування продукту: 20% полігексаметіленбігуанід гідрохлорид, Полоксамер 407,
Динатрію едетат, Хлористий калій.

Тестування	Обмеження	Результати
Форма	Незабарвлений – Прозорий розчин (візуальна перевірка)	Незабарвлений – Прозорий розчин
Тест на відповідність технічним умовам	Тест відповідно до тесту-підтвердження пунктів хлориду натрію у фармакопеї	Хлорид натрію: зміна кольору на жовтий Хлорид: зміна кольору на голубий
Тест PH	Тест відповідно до PH вимірювання загальних методів тестування фармакопеї (6,0 ~ 8,0)	7.2
Тест на продуктивність та відхилення	Тест відповідно до загальних методів випробувань Комітету з контролю якості продуктів харчування і лікарських препаратів Південної Кореї (понад 95%)	105
Перевірка вмісту	Тест відповідно до аналізу ін'єкцій фізіологічного розчину Корейської фармакопеї (90% ~ 110%)	102
Випробування на мікробіологічну чистоту	Тест відповідно до загальних випробувань Корейської фармакопеї, затверджений Комітетом з контролю якості продуктів харчування і лікарських препаратів Південної Кореї. Дотримання пункту 5.	Не виявлено

Складено:

(підпис)

Нуге Jin Jo/ менеджер з якості

Дата: 03.11.2022



Затверджено:

(підпис)

Kyung-Hwa, Kim/ президент

Дата: 03.11.2022