

Паспорт якості:

Маски медичні одноразові нестерильні



Маски медичні одноразові нестерильні відносяться до медичних виробів одноразового призначення, І клас (нестерильні, без функції вимірювання) відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 №753. (процедура оцінки відповідності згідно Додатку 8)

Номер в реєстрі Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками – 7675

Виробник:	ТОВ «САНГИГ»
Дата виробництва:	2021-10
Серія	BL 2110
Термін придатності:	2026-10
Колір:	Чорний
Кількість шарів:	3 шари
	Фільтрувальний шар – мельтблаун, щільність 25 г/м ² , чорного кольору
	Внутрішній шар – спанбонд, щільність 25 г/м ² , чорного кольору
	Зовнішній шар - спанбонд, щільність 25 г/м ² , чорного кольору
Фіксатор:	Металевий, 90 мм ± 3 мм
Вушні петлі:	Спандекс - 170 мм ± 10 мм (в нерозтягнутому стані)
Ефективність бактеріальної фільтрації (%)	≥95%
Перепад тиску (Па)	<29,4 Па
Розмір маски:	175*90 мм ± 3 мм
Упаковка:	50 шт в картонній упаковці 20 упаковок в картонному коробі
Стандарти:	ДСТУ EN ISO 15223-1:2018; ДСТУ EN 1041:2015 (EN 1041:2008+A1:2013, IDT) ДСТУ EN ISO 10993-1:2015; ДСТУ EN ISO 10993-5:2015; ДСТУ EN ISO 10993-10:2009; ДСТУ EN 14683:2014 ТУ У 13.9-40941033-002:2020

Директор
12.10.2021



Захарченко С.П.