

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652;
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201487
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. директора ДУ «ІМП ІМЕНІ
Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»
д. мед. наук, професор



Костянтин ЩЕЙКІН

ВИСНОВОК

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від "06" 06 2024 року

№ 2024/04/2587

Об'єкт експертизи: Прокладки гігієнічні щоденні BELLA PANTY FOR TEENS ENERGY normal mixform, Прокладки гігієнічні щоденні BELLA PANTY FOR TEENS RELAX normal mixform, Прокладки гігієнічні щоденні BELLA PANTY FOR TEENS SENSITIVE normal mixform

виготовлений у відповідності із

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 9619 00 79 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Вироби гігієни, реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу

Країна походження, країна виробник: АТ «Торунське Заклади Метеріалув Опатрункових С.А.» (АТ «ТЗМО С.А.») вул. Жулкевського, 20/26, Торунь, 87-100, Польща /Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA (TZMO SA) ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, Polska
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ "Белла-Трейд", Україна, 07543, Київська обл., м. Березань, вул. ім. Адама Міцкевича, буд. 15А, тел.: (044) 585-05-97, код за ЄДРПОУ 32119145
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівень запаху – не більше 1 балу, відновлювальні домішки - не більше 1,0 см³, органічні домішки - не більше 0,3, зміна рН – не більше $\pm 1,0$; ДКМ формальдегіду – 0,1 мг/л; подразнююча та

сенсифілізуюча дія відсутня згідно з методичними вказівками «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», Київ, 2009 р.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника.

За результатами експертизи: Прокладки гігієнічні щоденні BELLA PANTY FOR TEENS ENERGY normal mixform, Прокладки гігієнічні щоденні BELLA PANTY FOR TEENS RELAX normal mixform, Прокладки гігієнічні щоденні BELLA PANTY FOR TEENS SENSITIVE normal mixform відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: три роки.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець


(підпис)

Ольга ЛЕОНЕНКО
(ім'я та прізвище)