



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №2

Назва продукції	Виконання
Бинт марлевий медичний стерильний, тип 17, ТМ "Білосніжка"	5м x 10см
	7м x 14см ✓

Виробник

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Декларація про відповідність

ДВ-2

Дата виготовлення

2025-01

Дата закінчення терміну придатності

2030-01

Номер партії (LOT)

01

НД, відповідно до якого проводиться перевірка

ТУ У21.2-38935759-013:2019

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД		Результати перевірки
		5м x 10см	7м x 14см	
1	Зовнішній вигляд	Бинти повинні бути складені рулончиком, без забруднень, плям та дір		Відповідає
2	Довжина бинта, м	5,0-0,2	7,0-0,3	Відповідає
3	Ширина бинта, см	10,0-0,5	14,0-0,5	Відповідає
4	Зовнішній діаметр бинта, мм, н/б	28	35	Відповідає
5	Розривне навантаження, Н (кгс), н/м	40(4)		Відповідає
6	Капілярність, см, н/м	6,0		Відповідає
7	Поверхнева щільність, г/м², н/м	23,0		Відповідає
8	Герметичність споживчого пакування	Пакування повинно бути герметичне		Відповідає
9	Стерильність	Стерильний		Відповідає
10	Тип марлі згідно ДСТУ EN 14079:2009	Згідно з п.3.3.4 ТУ У21.2-38935759-013:2019		17
11	Маркування, пакування	Згідно з пп.3.5, 3.6 ТУ У21.2-38935759-013:2019		Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУУ 21.2-38935759-013:2019.

Начальник ВД
(Посада)



(Signature)
(Підпис)

Наталія СУХІНІНА
(П.І.Б.)



Дата оформлення паспорту 02.2025р.

Вх ак № 0130
впр 120225 мп