



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП 8-СОП-1-В, версія 2024 01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №1

Назва продукції	Виконання
Бинт марлевий медичний нестерильний, тип 17, ТМ "Білосніжка"	5м x 5см
	5м x 10см
	5м x 14см
	7м x 10см
	7м x 14см

Виробник

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Декларація про відповідність

ДВ-2

Дата виготовлення

2025-01

Дата закінчення терміну придатності

2031-01

Номер партії (LOT)

01

НД, відповідно до якого проводиться перевірка

ТУ У 21.2-38935759-013:2019

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД					Результати перевірки
		5м x 5см	5м x 10см	5м x 14см	7м x 10см	7м x 14см	
1	Зовнішній вигляд бинта	Бинти повинні бути складені рулончиком, без забруднень, плям та дір					Відповідає
2	Довжина бинта, м	5,0-0,2	5,0-0,2	5,0-0,2	7,0-0,3	7,0-0,3	Відповідає
3	Ширина бинта, см	5,0-0,5	10,0-0,5	14,0-0,5	10,0-0,5	14,0-0,5	Відповідає
4	Зовнішній діаметр бинта, мм не більше	28	28	28	35	35	Відповідає
5	Поверхнева щільність, г/м ² , не менше	23					Відповідає
6	Розривне навантаження, Н(кгс), не менше	50(5)					Відповідає
7	Капілярність, см, не менше	7,0					Відповідає
8	Цілісність споживчого пакування	Пакування повинно бути цілісним					Відповідає
9	Маркування, пакування	Згідно з пп 3.5 3.6 ТУ У 21.2-38935759-013:2019					Відповідає
10	Тип марлі згідно ДСТУ EN 14079:2009	Згідно з пп 3.3 3.4 ТУ У 21.2-38935759-013:2019					17

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 21.2-38935759-013:2019

Начальник ВТК
(Посада)



(Підпис)

Дата оформлення



Вх од № 0179
15.01.25