



АТ «ЛУБНИФАРМ»
УКРАЇНА, 37500, м.Лубни, вул. Барійкова, 16
тел. (05361) 777-61, 709-26, факс 777-31



Сертифікат якості № 446

КЛЕЙ МЕДИЧНИЙ БФ-6,
по 15 г у тубах


Номер партії 3-2023
Кількість продукції в партії 46,62 т. шт.
Дата виробництва 04.2025 р.
Виробництво проведено згідно ТУ У 24.4-00480951-001:2011, зі змінами, ДСТУ EN 980:2007

№ п/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати випробувань
1.	Зовнішній вигляд	Прозора або легка каламутна рідина від світло-жовтого до червоножовтого кольору	Прозора рідина світло-жовтого кольору
2.	Ідентифікація	1. До 1 г клею додають 4 мл ефіру. У результаті реакції повинні з'явитися білі пластівці (осад), які випадають в осад 2. До 25 г клею, додають 50 мл води, струнують протягом 5 хв. рідку частину переганяють. До 0,5 мл відгону додають 6 мл розчину натрію гідроксиду розведеного та 2 мл 0,1 М розчину йоду. Відбувається характерний запах йодоформу і поступово утворюється жовтий осад йодоформу 3. До 2 мл відгону додають 0,5 мл кислоти оцтової безводної і 1 мл кислоти сірчаної і нагрівають на плиті до кипіння. Відбувається характерний запах етилового ефіру кислоти оцтової	Відповідає
3.	Кількість клею	Туба повинна містити $15 \pm 0,3$ г клею	Відповідає
4.	Функціональне призначення	Клей повинен при нанесенні тонким шаром на суху шкіру протягом 2 хвилин утворювати тонку еластичну плівку, яка міцно утримується на поверхні шкіри	Відповідає
5.	Сухий залишок	Від 15,0 до 19,0 %	Відповідає
6.	Мікробіологічна чистота: - загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - <i>Staphylococcus aureus</i> - <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Не більше 10^2 КУО/г	Менше 100 КУО/г
7.	Пакування	Не більше 10 КУО/г Не допускається наявність в 1 г Не допускається наявність в 1 г	Менше 10 КУО/г Відповідає
8.	Маркування	Відповідає вимог ТУ У 24.4-00480951-001:2011, Зміна № 2, № 3	Відповідає
9.	Маркування	Відповідає вимог ТУ У 24.4-00480951-001:2011, Зміна № 2, № 3, ДСТУ EN 980:2007	Відповідає
10.	Гарантийний термін зберігання	4 роки	Відповідає

При температурі не більше +25 °С

Розроблено: Партія 3-2023, відповідає вимогам ТУ У 24.4-00480951-001:2011, зі змінами, ДСТУ EN 980:2007

Відділ контролю
Дата оформлення сертифікату 24.04.2025 р.



Філімоненко І.І.
ІПТ

Вх 04 10727
29.04.25

