

JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD.
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу на пластирі медичні «H Dr. House»

Name of Sample Назва	Tape non-woven «H Dr. House» Пластир медичний на нетканій основі «H Dr. House»	Specification Розміри	1,25cm×5m; 2,5cm×5m; 5cm×5m			
OrderNo./Заказ №	UCC20180710	Lot No./Серия №	201406; 201701; 201703; 201704; 201712; 201801; 201805; 201808			
Quantity Кількість	64800 Rolls 64800 шт	Test Date Дата перевірки	2014.06.18 / 2017.01.05 / 2017.03.03 2017.03.12 / 2017.11.27 / 2018.01.23 2018.05.15 / 2018.08.27			
Check Standard Стандарт перевірки	苏常械备 20153029 号	Date of report Дата звіту	2014.06.18 / 2017.01.05 / 2017.03.03 2017.03.12 / 2017.11.27 / 2018.01.23 2018.05.15 / 2018.08.27			
Дата виготовлення	06.2014 / 01.2017 / 03.2017 / 04.2017 / 12.2017 / 01.2018 / 05.2018 / 08.2018	Термін придатності	04.2019 / 01.2022 / 03.2022 04.2022 / 12.2022 / 01.2023 05.2023 / 08.2023			
Check result/Результат перевірки						
Serial No./№	Item Tested Назва	Unit Од.ви міру	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Test(Mean) Середні дані перевірки	Actual Result Відповідність	
4.1	Appearance Зовнішній вигляд	--	Plaster should be Clean even smeared and no seepage; the back should not loose the Lotion Пластир має бути чистим, рівним, без плям, без отворів, наружна поверхня не пропускає клей	---	OK Відповідає	
4.2	Basic Size розмір	Backing Length Довжина	cm	≥495.0	500.1	OK Відповідає
		Backing Width Ширина	cm	1.25/2.5/5.0±0.05	1.25/2.5/5.0	OK Відповідає
4.3	Glue content Вміст клею	g/m ²	≥20	22	OK Відповідає	
4.4	Peel strength Міцність на відрив	N/cm	≥1.0	3.8	OK Відповідає	
Test Conclusion: The product in conformity with the requirements of standard 苏常械备 20153029 号/ Висновки перевірки – продукт відповідає вимогам стандарту						

Інспектор (Inspector): 孙培培



Рецензент (Review): 孙培培

