


JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD.
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу на пластирі медичні «H Dr. House»

Name of Sample Назва	Tape cotton «H Dr. House» Пластир медичний на тканинній основі «H Dr. House»		Specification Розміри	2cm×500cm; 2,5cm×500cm; 3cm×500cm, 5cm×500cm		
Order No./Заказ №	LXC200603		Lot No./Серія №	200603		
Quantity Кількість	120 600 Rolls 120 600 шт		Test Date Дата перевірки	2020.08.20		
Check Standard Стандарт перевірки	Su Chang machinery equipment 20153030		Date of report Дата звіту	2020.08.20		
Дата виготовлення	2020-07		Термін придатності	2024.06		
Check result/Результат перевірки						
Serial No./№	Item Tested Назва		Unit Од. виміру	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Test(Mean) Результати перевірки (середні)	Actual Result Відповідність
4.1	Appearance Зовнішній вигляд		--	The tape Should be clean, the back does not leak plastic, should be homogeneous, smooth, no stains, no holes, there is no point degumming Стрічка має бути чистою, зворотня сторона не пропускає клей, поверхня має бути гладкою, без плям, без отворів, без обезклеювання	--	OK Відповідає
4.2	Basic Size Розмір	Backing Length Довжин а	cm	≥495.0	500.8	OK Відповідає
		Backing Width Ширина	cm	2.0/2.5/3.0/4.0/±0.1	2.0/2.5/3.0/4.0	OK Відповідає
4.3	Glue content Вміст клею		g/m ²	≥80 g/m ²	88	OK Відповідає
4.4	Peel strength Міцність на відрив		N/cm	≥1.0 N/cm	3.3	OK Відповідає
Test Conclusion: The product in conformity with the requirements of standard BP / Висновки перевірки – продукт відповідає вимогам стандарту						

Інспектор (Inspector):



Рецензент (Review):



