

22

Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ

Сертифікат безпеки та якості
Декларація виробника
Прокладки фіксуєчі для зубних протезів верхньої щелепи
ПРОТЕФІКС
Арт. 22000

№ серії: 01813093
Придатний до: 09.2027

Параметр аналізу	Специфікація	Результат
Опис	полотно кремово-білого кольору, RAL № 9001/9010	відповідає
Запах	схожий з запахом речовин аміногрупи	відповідає
Товщина шару	зліва: 0,45 – 0,64 мм зправа: 0,45 – 0,64 мм	0,53 мм 0,52 мм
Вага прокладки для верхньої щелепи	0,52 – 0,68 г/прокладку	0,57 г
Розділення полотна / шар	Розділення через 4 хвилини	відповідає
Мікробіологічна чистота (контролюється кожна серія)	Євр. Фарм. , 5.1.4, категорія 3А	-

Серія № 01813093 продукту Прокладки фіксуєчі для зубних протезів верхньої щелепи ПРОТЕФІКС була проаналізована та дозволена до продажу відділом перевірки якості. Результати відповідають параметрам специфікації. Сертифікат виготовлений електронним способом. Підпис дійсний.

Дата: 26.01.2024


 Др. А. Босси *
 Співробітник відділу забезпечення якості

Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Schleswiger Straße 74
24941 Flensburg
Telefon +49 (0)461 9996-0
www.queisser.de

Amtsgericht Flensburg HRA 2931
Komplementärin: Queisser Verwaltungs GmbH
Flensburg HRB 581
Ust-IdNr. DE 134635616
Geschäftsführer: Axel Kaempfe, Erich Nobis

HypoVereinsbank AG, Flensburg
IBAN: DE07 2003 0000 0081 1818 18, BIC: HYVEDEMM300
Sparkasse Mittelholstein AG, Rendsburg
IBAN: DE31 2145 0000 0000 0429 63, BIC: NOLADE21ROB

Unsere Grundsätze zum Datenschutz finden Sie hier: <https://www.queisser.de/datenschutzinformationen>. Our principles of data processing can be found here: <https://www.queisser.com/privacy>

Bx. am 16.17 бр 17.04.24