

Декларація про відповідність №001

Declaration of conformity №001

Технічному регламенту щодо медичних виробів, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 р.

Technical regulations on Medical devices, approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on 2 October 2013

Назва медичного виробу: <i>Name of medical device:</i>	ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP вагінальні таблетки з контрольованим вивільненням <i>LACTOGYNAL LP, controlled-release vaginal tablets</i>
Виробник: <i>Manufacturer:</i>	BIOSE INDUSTRIE Rue des Frères Lumière, 15130 Arpajon-sur-Cère, France БІОСЕ ІНДУСТРІЄ Руе дес Фререс Люмієр, 15130 Арпажон-сюр-Сер, Франція
Виробничі площадки: <i>Manufacturing sites:</i>	BIOSE INDUSTRIE Rue des Frères Lumière, 15130 Arpajon-sur-Cère, France БІОСЕ ІНДУСТРІЄ Руе дес Фререс Люмієр, 15130 Арпажон-сюр-Сер, Франція BIOSE INDUSTRIE 24 Avenue Georges Pompidou, 15000 Aurillac, France БІОСЕ ІНДУСТРІЄ 24 Авеню Джорджес Помпідю, 15000 Оріяк, Франція
Субконтратори: <i>Subcontractors:</i>	EUROPHARTECH, 34, Rue Henri Matisse, 63370 Lempdes, France COSMEPHARM, Zac De La Feuillouse, 03150 Varennes-sur-Allier, France PHARM'ADIS, 19 rue des Coutils, 63118 Cébazat, France IONISOS, Zone Industrielle de Montifaut, 85700, Pouzauges – France
Уповноважений представник в Україні: <i>Authorized representative in Ukraine:</i>	Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАТІЯ МЕДТЕХНІКА», Україна, м. Київ, вул. Баргоувутівська, буд.17-21, 6-й поверх Limited Liability Company "CRATIA MEDTEKHNIKA", 17-21, Baggovutivs'ka Str., 6th floor, Kyiv
Класифікація згідно Додатку 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013р. <i>Classification according to Annex 2 of Technical regulation on Medical devices approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on 2 October 2013</i>	IIa (Пункт 13) IIa (item 13)
Процедура оцінки відповідності: <i>Conformity Assessment Route:</i>	Додаток 6+8 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 р. Annex 6+8 of Technical regulation on Medical devices approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on 2 October 2013

Дата: 14.04.2023 <i>Date: 14.04.2023</i>	Номер: 001 <i>Number:</i>	Редакція:3 <i>Version: 3</i>	Сторінка 1 із 2 <i>Page 1 of 2</i>
--	-------------------------------------	--	--

Société par actions simplifiée au capital de 6 894 210 €
RCS AURILLAC B 529 243 271 - <https://www.biose.com/>



SIÈGE SOCIAL :
Rue des Frères Lumière
15130 ARPAJON-SUR-CÈRE - FRANCE
contact@biose.com

DIRECTION ET SERVICE CLIENT
SITE DE PRODUCTION :
24, avenue Georges Pompidou
CS 70429 - 15004 AURILLAC CEDEX - FRANCE
Tél. +(33) (0)4 71 46 80 00 - Fax. +(33) (0)4 71 63 53 98

Номер сертифіката відповідності:

Certificate number:

Строк дії сертифіката відповідності:

Validity period of Certificate of conformity:

Строк дії декларації про відповідність:

Validity period of Declaration of conformity:

Призначений орган з оцінки відповідності та його ідентифікаційний код

Conformity assessment body with its identification number:

NºPR.1151-21

по 08.11.2026

until 08.11.2026

по 08.11.2026

until 08.11.2026

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«Український науковий інститут сертифікації»**
Limited Liability Company "UKRAINIAN SCIENTIFIC INSTITUTE OF
CERTIFICATION"

UA.TR.116

БІОСЕ ІНДУСТРІЄ в особі Генерального директора Адрієн Новолієз, під свою юридичну відповідальність декларує виконання основних вимог щодо медичного виробу, згідно Додатку 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 2 жовтня 2013 р.

BIOSE INDUSTRIE duly represented by Adrien Nivoliez, General Director, declares under our sole responsibility the fulfillment of basic requirements for medical devices, according to Annex 1 of Technical regulations on Medical devices, approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on 2 October 2013.

Місце видачі: Арпажон-сюр-Сєр, Франція

Place of issue: Arpajon-sur-Cère, FRANCE

Дата підпису | Підпис уповноваженої особи

Date of signing | Signature of Authorized person

ПІБ уповноваженої особи | Назва посади

Full Name of Authorized person | Position

14.04.2023

Адрієн Ніволієз

Adrien Nivoliez

biose[®] industrie

S.A.S. au Capital de 6 894 210 €

24, avenue Georges Pompidou


CS 70429 ARPAJON-SUR-CÈRE

15004 AURILLAC CEDEX - FRANCE

R.C.S. AURILLAC B 529 243 271

Генеральний директор
General Director

Je soussigné, *Notaire Abrieu-Vantal*
certifie véritable la signature
de *Adrien Nivoliez*
apposée ci-contre.



NOTAIRES REPUBLIQUE

Notaires associés

14, avenue de la République BP 71

150017 AURILLAC Cedex

Tel : 04.71.48.50.00

Дата: 14.04.2023

Date: 14.04.2023

Номер: 001

Number:

Редакція: 3

Version: 3

Сторінка 2 із 2

Page 2 of 2

Société par actions simplifiée au capital de 6 894 210 €
RCS AURILLAC B 529 243 271 - <https://www.biose.com/>

GMP
Certified

SIÈGE SOCIAL :

Rue des Frères Lumière

15130 ARPAJON-SUR-CÈRE - FRANCE

contact@biose.com

DIRECTION ET SERVICE CLIENT

SITE DE PRODUCTION :

24, avenue Georges Pompidou

CS 70429 - 15004 AURILLAC CEDEX - FRANCE

Tél. +(33) (0)4 71 46 80 00 - Fax. +(33) (0)4 71 63 53 98

UKRAINE

4. est revêtu du sceau/timbre Me Nelly ALRIVIE-VANTAL, Notaire associée * AURILLAC (CANTAL) *

10. Signature
Tristan BOFFARD
Substitut Général



"L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu."



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Порядок забезпечення функціонування системи управління якістю під час виробництва медичних виробів (Додаток 6 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753 (ТР))

Виробник: BIOSE INDUSTRIE / BIOCE ІНДУСТРІЄ
Юридична адреса: Rue des Frères Lumière, 15130 Arpajon-sur-Cère, France /
Рue дес Фререс Люмієр, 15130 Арпажон-сюр-Сер, Франція

Виробничі площадки: BIOSE INDUSTRIE / BIOCE ІНДУСТРІЄ
Rue des Frères Lumière, 15130 Arpajon-sur-Cère, France /
Рue дес Фререс Люмієр, 15130 Арпажон-сюр-Сер, Франція

BIOSE INDUSTRIE / BIOCE ІНДУСТРІЄ
24 Avenue Georges Pompidou, 15000 Aurillac, France /
24 Авеню Джорджес Помпідю, 15000 Оріяк, Франція

Уповноважений представник: ТОВ «КРАТІЯ МЕДТЕХНІКА»
04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-21, Україна
Код ЄДРПОУ 38670845

Вироби: ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP вагінальні таблетки з контрольованим вивільненням

Клас: Іа

Призначений орган з оцінки відповідності Товариство з обмеженою відповідальністю «Український науковий інститут сертифікації» (ідентифікаційний номер № UA.TR.116) підтверджує, що зазначений виробник впровадив систему управління якістю на етапах виробництва та остаточної перевірки стосовно зазначеного виробу, згідно пунктів 3-7 Додатка 6 ТР та яка є об'єктом періодичних наглядових аудитів згідно пунктів 8-11 Додатка 6 ТР. Для реалізації продукції ІІб та ІІІ класу додатково має бути наявний сертифікат перевірки типу згідно з Додатком 4 ТР.

Підстава для видачі:


Звіт № PR.1151/S3/2-24 від 27.11.2024;

Рішення про видачу сертифіката № PR.1151/S3/3-24 від 28.11.2024.

Сертифікат № PR.1151-21
Дійсний до «08» листопада 2026 р.
Видання № 3 від «28» листопада 2024 р.
Вперше видано 09.11.2021.



Керівник органу з оцінки відповідності
Роман МИХАЛКО






ІСТОРІЯ СЕРТИФІКАТА

№ з/п видання	Дата	Опис
1	09 листопада 2021 р.	Вперше видано.
2	28 березня 2023 р.	Додано адресу виробничої площадки, а саме: 24 Avenue Georges Pompidou, 15000 Aurillac, France / 24 Авеню Джорджес Помпідю, 15000 Оріяк, Франція.
3	28 листопада 2024 р.	Змінено форму бланку сертифіката.

Сертифікат № **PR.1151-21**
Дійсний до «08» листопада 2026 р.
Видання № 3 від «28» листопада 2024 р.
Вперше видано 09.11.2021.



Керівник органу з
оцінки відповідності
Роман МИХАЛКО



№ 003904

45

biose[®] INDUSTRIE	Біос Індастрі	СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ CERTIFICATE OF ANALYSIS
---------------------------------------	---------------	---

ЛАКТОЖИНАЛЬ ® LP / LACTOGYNAL LP

Серія: ED0472 Batch: ED0472	Дата виробництва: 10/2023 Date of manufacturing: 10/2023
Код виробу: 01213342 Code article: 01213342	Дата закінчення терміну придатності: 10/2026 Expiry date: 10/2026
Специфікації: SPE-PF-019 Specifications: SPE-PF-019	Умови зберігання: ≤ 25 °C Storage conditions : ≤ 25 °C
Дата закінчення аналізу: 13/11/2023 Date of end of analysis: 13/11/2023	

ТИП АНАЛІЗУ TYPE OF ANALYSIS	СПЕЦИФІКАЦІЇ SPECIFICATIONS	РЕЗУЛЬТАТИ RESULTS	МЕТОДИ METHODS
ХІМІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ CHEMICAL TESTS			
ОПИС CHARACTERS	Таблетка бежевого кольору Tablet with a beige color	Відповідає Complies	Не застосовується N/A
СЕРЕДНЯ МАСА ТА ОДНОРІДНІСТЬ МАСИ* MEAN MASS & UNIFORMITY OF MASS *	1000 мг ± 5 % (від 950 мг до 1050 мг) 1000 mg ± 5 % (950 mg to 1050 mg) Маса не більше 2 таблеток з 20 може відхилитися від середньої маси більше ніж на 5 %, жодна не має відхилитися на величину, що у два рази перевищує це значення The mass of not more 2 than 20 tablets can deviate by more than 5% of the mean mass, and none may deviate by more than twice this percentage.	1009 мг 1009 mg Відповідає Complies	\$2.9.5 Євр. Фарм. \$2.9.5 Eur. Ph.
ЧАС РОЗПАДАННЯ DISINTEGRATION TIME	>30 хвилин >30 minutes	>30 хвилин >30 minutes	\$2.9.2 Євр. Фарм. \$2.9.2 Eur. Ph.
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ BACTERIOLOGICAL TESTS	Номер зразка: M-01213342-ED0472 Sample number: M-01213342-ED0472	Аналітик: ANB/TSA Analyst: ANB/TSA Журнал/Сторінка: FO/306 Notebook/Page: FO/306	
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛАКТОБАЦИЛІ IDENTIFICATION OF LACTOBACILLI	Позитивна Positive	Відповідає Complies	INS/CQ/341
ЧИСЛО LCR35* LCR35* COUNT	≥ 1,0 x 10 ⁹ КУО/табл. при випуску ≥ 1,0 x 10 ⁹ CFU/tablet at release ≥ 1,0 x 10 ⁷ КУО/табл. для терміну придатності ≥ 1,0 x 10 ⁷ CFU/tablet at expiry date	N/A 5 x 10 ⁹ CFU/tablet	Easy Spiral Method INS/CQ/368 Alternative Method INS/CQ/368
КІНЕТИКА ВИВІЛНЕННЯ KINETIC OF LIBERATION	Для інформації For information	Відповідає Complies	INS/CQ/405
ВИПРОБУВАННЯ НА ЗАБРУДНЕННЯ / TESTS FOR CONTAMINANTS			
- Загальне число аеробних мікроорганізмів, відмінних від <i>Lactobacillus</i> sp - Total aerobic microbial count other than <i>Lactobacillus</i> sp	Задана межа ≤ 1 x 10 ² КУО/г Prescribed limit ≤ 1 x 10 ² CFU/g Максимально допустиме число ≤ 2 x 10 ² КУО/г Maximum acceptable count ≤ 2 x 10 ² CFU/g	< 20 КУО/г < 20 CFU/g	\$2.6.36 Євр. Фарм. \$2.6.36 Eur. Ph. INS/CQ/407
- Загальне число дріжджових та плісневих грибів - Total combined yeasts/moulds count	Задана межа ≤ 1 x 10 ¹ КУО/г Prescribed limit ≤ 1 x 10 ¹ CFU/g Максимально допустиме число ≤ 2 x 10 ¹ КУО/г Maximum acceptable count ≤ 2 x 10 ¹ CFU/g	< 5 КУО/г < 5 CFU/g	\$2.6.36 Євр. Фарм. \$2.6.36 Eur. Ph. INS/CQ/407
- <i>Candida albicans</i>	Відсутні (в 1 г) None (in 1 g)	Відсутні None	\$2.6.38 Євр. Фарм. \$2.6.38 Eur. Ph.
- <i>Staphylococcus aureus</i>	Відсутні (в 1 г) None (in 1 g)	Відсутні None	\$2.6.38 Євр. Фарм. \$2.6.38 Eur. Ph.
- <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Відсутні (в 1 г) None (in 1 g)	Відсутні None	\$2.6.38 Євр. Фарм. \$2.6.38 Eur. Ph.

*аналіз із залученням зовнішньої організації
*outsourced analysis

СХВАЛЕНО / ACCEPTED

biose[®] industrie
S.A.S. au Capital de 6 894 210 €
24, avenue Georges Pompidou
CS 70429 ARPAJON-SUR-CÈRE
15004 AURILLAC CEDEX - FRANCE
R.G.S. AURILLAC B 529 243 271

АДРЕСА ВИРОБНИКА: Rue des Frères Lumière, 15130 Arpajon-sur-Cère, France
MANUFACTURER ADDRESS: Rue des Frères Lumière, 15130 Arpajon-sur-Cère, France

Орипак / Aurillac, 31.01.2024
Контроль якості / Quality Control

Mattia MAZZA
Quality Coordinator

22 MAR 2024

Стандарт Reference	Дата зміни: 31/01/2024 / Modification date: 31/01/2024 Скасовує та замінює всі попередні версії до цієї дати Cancels and replaces all prior versions up to this date	Версія Version	Сторінка Page
ENR/CQ/BC/120		11	1/1

Вх. ак. 1544
08.04.24

Декларація про відповідність №001

Declaration of conformity №001

Технічному регламенту щодо медичних виробів, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 р.

Technical regulations on Medical devices, approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on 2 October 2013

Назва медичного виробу:

Name of medical device:

ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP вагінальні таблетки з контрольованим вивільненням

LACTOGYNAL LP, controlled-release vaginal tablets

Виробник:

Manufacturer:

BIOSE INDUSTRIE

Rue des Frères Lumière, 15130 Arpajon-sur-Cère, France

БІОСЕ ІНДУСТРІЄ

Rue des Freres Люмьер, 15130 Арпажон-сюр-Сер, Франція

Виробничі площадки:

Manufacturing sites:

BIOSE INDUSTRIE

Rue des Frères Lumière, 15130 Arpajon-sur-Cère, France

БІОСЕ ІНДУСТРІЄ

Rue des Freres Люмьер, 15130 Арпажон-сюр-Сер, Франція

BIOSE INDUSTRIE

24 Avenue Georges Pompidou, 15000 Aurillac, France

БІОСЕ ІНДУСТРІЄ

24 Авеню Джорджес Помпиду, 15000 Оріак, Франція

Субконтратори:

Subcontractors:

EUROPHARTECH,

34, Rue Henri Matisse, 63370 Lempdes, France

COSMEPHARM,

Zac De La Feuillouse, 03150 Varennes-sur-Allier, France

PHARM'ADIS,

19 rue des Coutils, 63118 Cébazat, France

IONISOS,

Zone Industrielle de Montifaut, 85700, Pouzauges – France

Уповноважений представник в Україні:

Authorized representative in Ukraine:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАТІЯ МЕДТЕХНІКА», Україна, м. Київ, вул. Багговутівська, буд.17-21, 6-й поверх

Limited Liability Company "CRATIA MEDTEKHNIKA", 17-21, Baggovutivs'ka Str., 6th floor, Kyiv

Класифікація згідно Додатку 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013р.

Classification according to Annex 2 of Technical regulation on Medical devices approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on 2 October 2013

Процедура оцінки відповідності:

Conformity Assessment Route:

IIa
(Пункт 13)

IIa
(item 13)

Додаток 6+8 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 р.

Annex 6+8 of Technical regulation on Medical devices approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on 2 October 2013

Дата: 14.04.2023

Date: 14.04.2023

Номер: 001

Number:

Редакція:3

Version: 3

Сторінка 1 із 2

Page 1 of 2

Société par actions simplifiée au capital de 6 894 210 €
RCS AURILLAC B 529 243 271 - <https://www.biose.com/>



SIÈGE SOCIAL :

Rue des Frères Lumière
15130 ARPAJON-SUR-CÈRE - FRANCE
contact@biose.com

DIRECTION ET SERVICE CLIENT

SITE DE PRODUCTION :
24,avenue Georges Pompidou
CS 70429 - 15004 AURILLAC CEDEX - FRANCE
Tél. +(33) (0)4 71 46 80 00 - Fax. +(33) (0)4 71 63 53 98

Номер сертифіката відповідності:

Certificate number:

N°PR.1151-21

Строк дії сертифіката відповідності:

Validity period of Certificate of conformity:

no 08.11.2026

until 08.11.2026

Строк дії декларації про

відповідність:

Validity period of Declaration of conformity:

no 08.11.2026

until 08.11.2026

Призначений орган з оцінки

відповідності та його

ідентифікаційний код

Conformity assessment body with its
identification number:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Український науковий інститут сертифікації»
Limited Liability Company " UKRAINIAN SCIENTIFIC INSTITUTE OF
CERTIFICATION"

UA.TR.116

БІОСЕ ІНДУСТРІЄ в особі Генерального директора Адрієн Новолієз, під свою юридичну відповідальність декларує виконання основних вимог щодо медичного виробу, згідно Додатку 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 2 жовтня 2013 р.

BIOSE INDUSTRIE duly represented by Adrien Nivoliez, General Director, declares under our sole responsibility the fulfillment of basic requirements for medical devices, according to Annex 1 of Technical regulations on Medical devices, approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on 2 October 2013.

Місце видачі: Арпажон-сюр-Сер, Франція

Place of issue: Arpajon-sur-Cère, FRANCE

Дата підпису | Підпис уповноваженої особи

Date of signing | Signature of Authorized person

14.04.2023

ПІБ уповноваженої особи | Назва посади

Full Name of Authorized person | Position

Адрієн Ніволієз

Adrien Nivoliez

Генеральний директор

General Director

Дата: 14.04.2023 Date: 14.04.2023	Номер: 001 Number:	Редакція:3 Version: 3	Сторінка 2 із 2 Page 2 of 2
---	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

Société par actions simplifiée au capital de 6 894 210 €
RCS AURILLAC B 529 243 271 - <https://www.biose.com/>



SIÈGE SOCIAL :

Rue des Frères Lumière
15130 ARPAJON-SUR-CÈRE - FRANCE
contact@biose.com

DIRECTION ET SERVICE CLIENT

SITE DE PRODUCTION :
24,avenue Georges Pompidou
CS 70429 - 15004 AURILLAC CEDEX - FRANCE
Tél. +(33) (0)4 71 46 80 00 - Fax. +(33) (0)4 71 63 53 98



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Порядок забезпечення функціонування системи управління якістю під час виробництва медичних виробів (Додаток 6 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753 (ТР))

Виробник: BIOSE INDUSTRIE / BIOCE INDUSTRIE
Юридична адреса: Rue des Frères Lumière, 15130 Arpajon-sur-Cère, France /
Rue des Freres Люмієр, 15130 Арпажон-сюр-Сер, Франція
Виробничі площадки: BIOSE INDUSTRIE / BIOCE INDUSTRIE
Rue des Frères Lumière, 15130 Arpajon-sur-Cère, France /
Rue des Freres Люмієр, 15130 Арпажон-сюр-Сер, Франція
BIOSE INDUSTRIE / BIOCE INDUSTRIE
24 Avenue Georges Pompidou, 15000 Aurillac, France /
24 Авеню Джоржес Помпідоу, 15000 Оріяк, Франція

Уповноважений представник: ТОВ «КРАТІЯ МЕДТЕХНІКА»
04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-21, Україна
Код ЄДРПОУ 38670845

Вироби: ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP вагінальні таблетки з контрольованим вивільненням

Клас: Іа

Призначений орган з оцінки відповідності Товариство з обмеженою відповідальністю «Український науковий інститут сертифікації» (ідентифікаційний номер № UA.TR.116) підтверджує, що зазначений виробник впровадив систему управління якістю на етапах виробництва та остаточної перевірки стосовно зазначеного виробу, згідно пунктів 3-7 Додатка 6 ТР та яка є об'єктом періодичних наглядових аудитів згідно пунктів 8-11 Додатка 6 ТР. Для реалізації продукції ІІб та ІІІ класу додатково має бути наявний сертифікат перевірки типу згідно з Додатком 4 ТР.

Підстава для видачі:

Звіт № PR.1151/CH1-S1/2-23 від 13.01.2023;



Звіт № PR.1151/CH1-S1/3-23 від 24.03.2023;

Рішення про видачу сертифіката № PR.1151/CH1-S1/4-23 від 28.03.2023.

Сертифікат № **PR.1151-21**
Дійсний до «08» листопада 2026 р.
Видання № 2 від «28» березня 2023 р.
Вперше видано 09.11.2021.



Керівник органу з оцінки відповідності
Роман МИХАЛКО






ІСТОРІЯ СЕРТИФІКАТА

№ з/п видання	Дата	Опис
1	09 листопада 2021 р.	Вперше видано.
2	28 березня 2023 р.	Додано адресу виробничої площадки, а саме: 24 Avenue Georges Pompidou, 15000 Aurillac, France / 24 Авеню Джорджес Помпідоу, 15000 Оріак, Франція.


Сертифікат № **PR.1151-21**
Дійсний до «08» листопада 2026 р.
Видання № 2 від «28» березня 2023 р.
Вперше видано 09.11.2021.



Керівник органу з
оцінки відповідності
Роман МИХАЛКО



80183
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1



10303
ДСТУ EN ISO/IEC 19088

№ 003039