



АТ «ЛУБНИФАРМ»
УКРАЇНА, 37500, м. Лубин, вул. Барвінкова, 16
тел. (05361) 777-61, 709-26, факс 777-31

Відділ контролю якості
Свідчення про атестацію № 312 від 28.09.16

Сертифікат якості № 386



КЛЕЙ МЕДИЧНИЙ БФ-6 ВІД ПОДРЯПИН, по 5 г у флаконі з пензликом

Свідчення про державну реєстрацію № 11110/2011, термін дії необмежений

Номер партії: 3-2021

Кількість продукції в партії: 10,1 т. шт.

Дата виробництва: 12.04.2021 р.

Випробування проведені згідно ТУ У 24.4-00480951-001:2011, Зміна № 1, № 2, № 3 ДСТУ EN 980:2007

№ п/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати випробувань
1.	Зовнішній вигляд	Прозора або злегка каламутна рідина від світло-жовтого до червонуватого кольору	Прозора рідина світло-жовтого кольору
2.	Ідентифікація	1. До 1 г клею додають 4 мл ефіру. У результаті реакції повинні з'явитися білі пластівці (смоли), які випадають в осад 2. До 25 г клею, додають 50 мл води, струшують протягом 5 хв; рідку частину переганяють. До 0,5 мл відгону додають 6 мл розчину натрію гідроксиду розведеного та 2 мл 0,1 М розчину йоду. Відчувається характерний запах йодоформу і поступово утвориться жовтий осад йодоформу 3. До 2 мл відгону додають 0,5 мл кислоти оцтової безводної і 1 мл кислоти сірчаної і нагрівають на плитці до кипіння. Відчувається характерний запах етилового ефіру кислоти оцтової	Відповідає Відповідає Відповідає
3.	Кількість клею	Флакон з пензликом повинен містити 5 г ± 0,3 г клею	5,0 г
4.	Функціональне призначення	Клей повинен при нанесенні тонким шаром на суху шкіру протягом 2 хвилин утворювати тонку еластичну плівку, яка міцно утримується на поверхні шкіри	Відповідає
5.	Сухий залишок	Від 15,0 до 19,0 %	17,3 %
6.	Мікробіологічна контамінація	Відповідно вимог ТУ У 24.4-00480951-001:2011, Зміна № 1, № 3	Відповідає
	Патогенна мікрофлора	Не допускається	Відповідає
7.	Пакування	Відповідно вимог ТУ У 24.4-00480951-001:2011, Зміна № 2, № 3	Відповідає
8.	Маркування	Відповідно вимог ТУ У 24.4-00480951-001:2011, ДСТУ EN 980:2007, Зміна № 2, № 3	Відповідає
9.	Гарантійний термін зберігання	4 роки	2025-04

10. Транспортування і зберігання

Відповідно ГОСТ 15150.
При температурі не більше + 25 °C

А. С. С.
(підпис)

Висновок: Партія 3-2021 відповідає вимогам ТУ У 24.4-00480951-001:2011, Зміна № 1, № 2, № 3 ДСТУ EN 980:2007

Дата оформлення сертифікату: 19.04.2021 р.

Заступник директора ВКЯ

Шепельчук С.В.
(підпис)

Шепельчук С.В.
ЛПБ



Вх-ак. № 165205 20.05.2021